

Nr sprawy: A-AZ-22-200/3/20

Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Cieplarka laboratoryjna z CO₂ z wyposażeniem

- Pojemność >150 litrów
- Kontrola stężenia tlenu
- Kontrola temperatury co 0,1°C
- Stabilność temperatury ±0,1°C (przy 37°C)
- Zakres temperatur +4 – 50°C
- Zakres stężenia CO₂: 0,1 – 20%
- Szybkie odzyskiwanie temperatury i stężenia CO₂ (<5 min)
- Dezynfekcja w 180°C
- Uszczelnione, szklane drzwi wewnętrzne z magnetyczną blokadą
- Regulowana wysokość oraz liczba półek (co najmniej 6 półek w zestawie, optymalnie 8)
- Dołączona butla na CO₂
- Prosta, intuicyjna obsługa
- Regulowana pozycja rączki drzwi oraz strony otwierania
- Dodatkowym atutem będzie możliwość podpięcia pod sieć Ethernet oraz możliwość eksportu danych przez gniazdo USB
- Co najmniej 5 lat gwarancji