

Znak sprawy: A-AZ-22-200/3/20

Warszawa, dnia 22.06.2020 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA (2)

Dotyczy: „Dostawa cieplarki laboratoryjnej z atmosferą CO₂ z wyposażeniem”

Zamawiający Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny informuje, iż udziela niniejszych wyjaśnień treści Zaproszenia na pytania zadane.

PYTANIE 1

Bardzo proszę o doprecyzowanie czy poprzez zapis w opisie przedmiotu zamówienia: „**Zakres temperatur +4 – 50 °C**” Zamawiający oczekuje urządzenia umożliwiającego utrzymanie temperatury od +4 °C, co obliguje konieczność dostarczenia urządzenia z systemem chłodzącym, czy zapis ten oznacza +4 °C powyżej temperatury otoczenia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szerszym zakresem ustawiania temperatury niż wskazany od +3 °C pow. temp. otoczenia do 55 °C (wymagany w opisie parametr +4 °C pow. temp. otoczenia do 50 °C). Temperatura jest programowana co 0,1 °C ?

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 3

Według wiedzy Wykonawcy na rynku nie ma inkubatorów CO₂ z chłodzeniem, pracujących w zakresie +4 - 50 °C, w związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie inkubatora działającego w zakresie +4 °C od temperatury otoczenia do 50 °C ?

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający wymaga konstrukcji bezszwowej, bez wentylatora mogącego wprowadzać kroskontaminację wewnątrz inkubatora?

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 5

W nawiązaniu do zapytania ofertowego i wymaganej dostawy butli CO₂, chciałbym poinformować, że staram się uzupełnić naszą ofertę na inkubator o gaz ale niestety jest z tym duży problem. Po kontakcie z wiodącymi firmami wszędzie uzyskałem informację, że nikt butli nie sprzedaje a jedynie dzierżawi. Dodatkowo nie możemy w Państwa imieniu podpisać umowy na dzierżawę butli, więc nie jesteśmy w stanie przesłać kompletnej oferty. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu dotyczącego wymagania dostawy butli CO₂?

ODPOWIEDŹ

Nie.

Z upoważnienia Dyrektora

**Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Mariola Łukasiewicz**